Liste des produits utilisés pour la spectrométrie de masse

- Formic acid MS grade (FA) 100%, Fisher, cat : A117-50
- Chloroacetamide (remplace le IAA), Aldrich, cat : C0267-100G (faire des stocks de 1M avec H_2O MS grade et aliquoter en 25 µl/tube dans des tubes lobind, conserver à -20ºC)
- Urée, Sigma-Aldrich, cat : U5128-1KG
- Ammonium bicarbonate, Fluka, cat: 09830-500G (faire des stocks de 1M avec H_2O MS grade et aliquoter en 1 ml/tube dans des tubes lobind, conserver à -20ºC)
- Trifluoroacetic acid MS grade (TFA) 100%, Fisher, cat : A116-50
- HEPES 1M, Wisent, cat: 330-050-EL
- DTT, Thermo Scientific, cat: R0861 (faire des stocks de 1M avec H_2O MS grade et aliquoter en 500 µl/tube dans des tubes lobind, conserver à -20ºC)
- Acetonitrile MS grade (ACN) 100%, Fisher, cat : A955-4 (conserver à la noirceur)
- H_2O MS grade, Fisher, cat: W6-4
- Lobind 1.5 ml tubes, Sarstedt, cat: 72.706.600
- S-TRAP micro sample prep, Fisher, cat: NC1123510
- Pierce Strong Cation exchange spin column, Pierce, cat: 90008
- Microcon YM-30, Millipore, Cat. MRCF0R030
- ZipTip C18 (10 µl), Millipore, cat : ZTC18S096
- ZipTip C18 (100 µl), Pierce, cat : 87784
- Vial MS, Agilent, cat : 5188-6593, bouchons pour vials MS, cat : 5183-4511
- Trypsin, MS grade, Pierce, cat : 90058 (faire des stocks de 1 µg/µl dans 50 mM acetic acid (dilué dans H_2O MS grade) et aliquoter en 5-10 µl /tube dans des tubes lobind, conserver à -80ºC)
- **Tous les embouts à pipettes et les tubes (5 ml, 15 ml, 50 ml, lobind, etc….) utilisés ne doivent pas être autoclavés ou utiliser des embouts à pipettes à filtre.**
- **Utiliser toujours des solutions fraîches (0.1% TFA, 1% FA, 20 mM ou 50 mM NH_4HC0_3, urée 8M:10 mM HEPES, 1% FA:50% ACN)**
- **Toujours utiliser des gants (kératine contaminant)**